

IL-2RコントロールN

使用説明書

本品は自動分析装置を用いてナノピア IL-2Rを使用し、血中のsIL-2Rを測定する際にデータ管理用として使用するものです。

【使用法】

本品をそのまま使用します。

【取扱い上の注意事項】

1. 本品は、ナノピア IL-2R用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品には防腐剤としてプロクリン 300 が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣服についた時は速やかに水で洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当てを受けてください。

【包装】 3mL × 2濃度 × 3

【貯蔵方法】 2 ～ 10℃

【使用期限】 外装に表示してあります。

ナノピア IL-2Rでの参考測定値

Lot No. 104REU

IL-2RコントロールN Level I : 421 ～ 631 U/mL

IL-2RコントロールN Level II : 1551 ～ 2327 U/mL

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋二丁目1番3号

「ナノピア」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。