

PLG


2008年7月作成

材 料

校 正
値 付 け

操 作 法

実 施



測 定 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ と 不 確 か さ

メーカー名	積水メディカル株式会社
項目名	PLG
試薬名	テストチームS PLG
機器名	日立自動分析装置 7170
承認番号	20800AMZ00121000
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	正常血漿剤「第一」
精度管理物質 (製品コントロール)	

	標準物質	測定方法	安定性	拡張不確かさ
一次基準測定操作法				
一次校正物質				
二次基準測定操作法				
二次校正物質				
製造業者社内 標準測定操作法		社内標準測定操作法 (標準自動分析法)		
製造業者社内 標準物質	社内管理血漿			
製造業者常用 測定操作法		社内標準測定操作法 (標準自動分析法)		
製造業者製品 校正物質 (製品キャリブレーター)	正常血漿剤「第一」		2~10℃ 12ヵ月間有効	
精度管理物質 (製品コントロール)				