



203289-101

2017 年 1 月改訂

L-FABP コントロール

使用説明書

本品は自動分析装置を用いて、ノルディア® L-FABPを使用し、尿中のL-FABPを測定する際に、データ管理用として使用するものです。

【 使 用 法 】

本品をそのまま使用します。

【 取扱い上の注意事項 】

1. 本品は、ノルディア® L-FABP用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、防腐剤としてプロクリン300が含まれており、皮膚等を刺激する場合があります。もし、皮膚や衣類に付着した場合は水で十分洗い流してください。皮膚に炎症を生じた場合は、医師の手当を受けてください。

【 包 装 】 1.0mL用 × 2濃度 × 3

【 貯蔵方法 】 2 ～ 10 °C

【 使用期限 】 外装に表示してあります。

ノルディア® L-FABPでの参考測定値

Lot No. 219RIU

L-FABP コントロール Level I : 3.3 ～ 4.5 ng/mL

L-FABP コントロール Level II : 23.0 ～ 31.1 ng/mL

製造元 **積水メディカル株式会社**
東京都中央区日本橋二丁目1番3号