

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号： 813MBS

使用期限： 2023年1月

測定機器： 自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed

(単位:U/mL)

		参考値範囲	
アキュラシード KL-6	レベル I	295	~ 443
	レベル II	803	~ 1205