

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号： 814MGS

使用期限： 2023年6月

測定機器： 自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
アキュラシード KL-6	レベル I	304	~	456
	レベル II	775	~	1163