

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 812MJR 使用期限/Exp. Date :2022.8

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」II (KL-6)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

| 測定項目 ANALYTE | 単位 UNIT | LEVEL I 参考値 Range | LEVEL II 参考値 Range |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| KL-6 | U/mL | 296 ~ 444 | 760 ~ 1140 |

積水メディカル株式会社