

## エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 821MJU

使用期限/Exp. Date : 2025.08

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」Ⅱ (PIVKA-Ⅱ)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

(単位/Unit : mAU/mL)

| 測定試薬    |                 | LEVEL I | LEVEL II  |
|---------|-----------------|---------|-----------|
| 製造番号    | 使用期限            | 参考値     | 参考値       |
| Lot No. | Expiration Date | Range   | Range     |
| D513842 | 2024-05         | 42 ~ 63 | 182 ~ 274 |
| D813843 | 2024-08         | 45 ~ 67 | 190 ~ 286 |
| DZ13844 | 2024-12         | 43 ~ 64 | 191 ~ 286 |
| E313845 | 2025-03         | 45 ~ 68 | 201 ~ 301 |