

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 814MGS 使用期限/Exp. Date :2023.6

測定試薬 : AIA-パック CL PIVKA-II

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定項目 ANALYTE	単位 UNIT	LEVEL I 参考値 Range	LEVEL II 参考値 Range
PIVKA-II	mAU/mL	54 ~ 81	230 ~ 346

積水メディカル株式会社