

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 815MIS 使用期限/Exp. Date :2023.8

測定試薬 : AIA-パック CL KL-6

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定項目 ANALYTE	単位 UNIT	LEVEL I 参考値 Range	LEVEL II 参考値 Range
KL-6	U/mL	322 ~ 483	771 ~ 1156

積水メディカル株式会社