

## エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 817MFT 使用期限/Exp. Date : 2024.04

測定試薬 : AIA-パック CL KL-6

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定項目 ANALYTE	単位 UNIT	LEVEL I 参考値 Range	LEVEL II 参考値 Range
KL-6	U/mL	320 ~ 480	787 ~ 1180

積水メディカル株式会社