

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：807MAQ

使用期限：2020.12

測定機器：ルミパルスPresto II

(単位：mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	47	～	70
	レベル II	196	～	294

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。