

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 809MGQ

使用期限: 2021.6

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位: mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	46	~	69
	レベル II	197	~	295

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。