

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：814MGS

使用期限：2023.6

測定機器：ルミパルスPresto II

(単位：U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	251	～	377
	レベル II	630	～	944

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。