

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルスプレスト(ボトル試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号：816MAT

使用期限：2023.12

測定機器：ルミパルスPresto II

(単位：U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	259	～	389
	レベル II	657	～	985

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。