

エイテストコントロールセット 参考値
<ルミパルスプレスト(ボトル試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 817MFT

使用期限: 2024.04

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	260	~	390
	レベル II	662	~	994

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。