

エイテストコントロールセット 参考値
<ルミパルスプレスト(ボトル試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 822MCV

使用期限: 2025.11

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストPIVKA II-N	レベル I	41	~	61
	レベル II	182	~	272

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。