

エイテストコントロールセット 参考値
<ルミパルスプレスト(ボトル試薬)>

積水メディカル株式会社

製造番号: 822MCV

使用期限: 2025.11

測定機器: ルミパルスPresto II

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスプレストKL-6	レベル I	234	~	350
	レベル II	579	~	869

※ルミパルスL2400で測定のお客様はこちらをご参照願います。