

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 812MJR

使用期限: 2022.8

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	44	~	66
	レベル II	185	~	278

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。