

エイテストコントロールセット 参考値
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 813MBS

使用期限: 2023.1

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: mAU/mL)

| | | 参考値範囲 | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|
| ルミパルスPIVKA II-N | レベル I | 43 | ~ | 65 |
| | レベル II | 189 | ~ | 284 |

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。