

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 813MBS

使用期限: 2023.1

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスKL-6	レベル I	258	~	386
	レベル II	657	~	985

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。