

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 816MAT

使用期限: 2023.12

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: mAU/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスPIVKA II-N	レベル I	43	~	65
	レベル II	186	~	278

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。