

エイテストコントロールセット 参考値  
＜ルミパルス(カートリッジ試薬)＞

積水メディカル株式会社

製造番号: 822MCV

使用期限: 2025.11

測定機器: ルミパルスG1200

(単位: U/mL)

		参考値範囲		
ルミパルスKL-6	レベル I	251	～	377
	レベル II	634	～	952

※ルミパルスG600 II で測定のお客様はこちらをご参照願います。