

作成日 2019-01-30

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 807MAQ

使用期限: 2020.12

測定機器: HISCL-5000

(単位: U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)	
HISCL KL-6試薬	レベル I	387	309	~ 464
	レベル II	958	766	~ 1149