

作成日 2019-04-10

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 808MDQ

使用期限: 2021.3

測定機器: HISCL-5000

(単位: U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	372	297	~	446
	レベル II	953	762	~	1143