

作成日 2019-12-16

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 810MLQ

使用期限: 2021.11

測定機器: HISCL-5000

(単位: mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	63	50	~	75
	レベル II	284	227	~	341