

作成日 2020-10-12

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 812MJR

使用期限: 2022.8

測定機器: HISCL-5000

(単位: mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	60	48	~	72
	レベル II	277	222	~	333