

作成日 2021-02-10

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 813MBS

使用期限: 2023.1

測定機器: HISCL-5000

(単位: U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	370	296	~	444
	レベル II	953	763	~	1144