

作成日 2021-07-13

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 814MGS

使用期限: 2023.6

測定機器: HISCL-5000

(単位: U/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL KL-6試薬	レベル I	384	307	~	461
	レベル II	971	777	~	1165