

作成日 2024-02-08

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号: 822MCV

使用期限: 2025.11

測定機器: HISCL-5000

(単位:mAU/mL)

		表示値	許容範囲(表示値±20%)		
HISCL PIVKA-II 試薬	レベル I	67	54	~	81
	レベル II	297	238	~	357