

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 807MAQ

使用期限 : 2020年12月

測定機器 : ピコルミⅢ

(単位:U/mL)

		表示値範囲		
ピコルミKL-6	レベル I	324	~	486
	レベル II	834	~	1252