

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 811MCR
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2022年2月

(単位:mAU/mL)

		表示値範囲		
ピコルミPIVKA-II MONO	レベル I	81	~	121
	レベル II	354	~	530