

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 811MCR
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2022年 2月

(単位:U/mL)

		表示値範囲		
ピコルミKL-6	レベル I	328	~	492
	レベル II	827	~	1241