

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 812MJR  
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2022年8月

(単位:mAU/mL)

		表示値範囲		
ピコルミPIVKA-II MONO	レベル I	79	~	119
	レベル II	352	~	528