

## エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 812MJR  
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2022年 8月

(単位:U/mL)

		表示値範囲		
ピコルミKL-6	レベル I	321	~	481
	レベル II	798	~	1198