

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 813MBS
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2023年1月

(単位:mAU/mL)

		表示値範囲		
ピコルミPIVKA-II MONO	レベル I	82	~	122
	レベル II	354	~	530