

エイテストコントロールセット 表示値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 814MGS
測定機器 : ピコルミⅢ

使用期限 : 2023年 6月

(単位:mAU/mL)

		表示値範囲		
ピコルミPIVKA-II MONO	レベル I	80	~	120
	レベル II	350	~	524