

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号 : 810MLQ

使用期限 : 2021年 11月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA KL-6	レベル I	280	~	420
	レベル II	688	~	1032