

## エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 812MJR

使用期限 : 2022年 8月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA PIVKA-II	レベル I	46	~	70
	レベル II	195	~	293