

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 813MBS

使用期限 : 2023年1月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:U/mL)

| | | 参考値範囲 | | |
|-----------------|--------|-------|---|-----|
| ステイシアCLEIA KL-6 | レベル I | 261 | ~ | 391 |
| | レベル II | 659 | ~ | 989 |