

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 815MIS

使用期限 : 2023年 8月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:mAU/mL)

		参考値範囲		
ステイシアCLEIA PIVKA-II	レベル I	47	~	71
	レベル II	202	~	302