

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号: 817MFT 使用期限 : 2024年4月

測定機器: 全自動臨床検査システム STACIA

(単位:mAU/mL)

| | | 参考値範囲 | | |
|---------------------|--------|-------|---|-----|
| ステイシアCLEIA PIVKA-II | レベル I | 46 | ~ | 70 |
| | レベル II | 209 | ~ | 313 |