2022年 2月 改訂

203814－102

PAI-1コントロール

本品は自動分析装置を用いてナノピア PAI－1を使用し、血漿中のPAI－1を測定する際にデータ管理用として使用するものです。

【使 用 法】

１．本品１バイアルに精製水を正確に0.5mL加えて溶解し、室温に５分以上静置した後、数回転倒混和し使用します。
２．調製後の安定性は、2 ～10 ℃で2週間、凍結保存(-30℃以下)で、1ヵ月間安定です。ただし、凍結融解は１回に限ります。

【取扱い上の注意事項】

１．本品はPAI－１用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
２．本品は冷水で溶けにくい場合がありますので、20 ℃前後の精製水で溶解してください。
３．本品は、HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体陰性を確認したヒト血液成分から調製しておりますが、使用の際には手袋などを着用し、検体と同様に感染の危険のあるものとして十分注意して取り扱ってください。

【包　装】	【貯蔵方法】	【使用期限】
0.5mL用×2濃度×3	2 ～ 10 ℃	外装に表示してあります。

Lot No.　４０１ＲＨＴ

ナノピア PAI－1での参考測定値

PAI－1コントロール　LOW ： 43.3～64.9 ng/mL

PAI－1コントロール　HIGH ： 72.4～108.6 ng/mL

QRコード

	PAI－1コントロール LOW	PAI－1コントロール HIGH
コアプレスタ 2000 CP3000		
S400CF		

製造元 積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋二丁目1番3号

「ナノピア」「コアプレスタ」は積水メディカル株式会社の
日本における登録商標です。