

エイテストコントロールセット 参考値

積水メディカル株式会社

製造番号： 819MCU

使用期限： 2025年1月

測定機器： 自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed

(単位:U/mL)

		参考値範囲		
アキュラシード KL-6	レベル I	304	～	456
	レベル II	811	～	1217