Ver. 2023-06-20

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号／Lot No. ： 817MFT　　使用期限／Exp. Date ： 2024.04

測定試薬 ： Eテスト 「TOSOH」Ⅱ（PIVKA-Ⅱ）

（注）表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

（ 単位／Unit ： mAU／mL ）

測定試薬		LEVEL Ⅰ	LEVEL Ⅱ
製造番号 Lot No.	使用期限 Expiration Date	参考値 Range	参考値 Range
C813840	2023-08	35 ～ 53	156 ～ 234
CY13841	2023-11	35 ～ 53	148 ～ 222
D513842	2024-05	38 ～ 57	168 ～ 252

積水メディカル株式会社