

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 819MCU

使用期限/Exp. Date : 2025.01

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」Ⅱ (PIVKA-Ⅱ)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

(単位/Unit : mAU/mL)

測定試薬		LEVEL I	LEVEL II
製造番号	使用期限	参考値	参考値
Lot No.	Expiration Date	Range	Range
D513842	2024-05	41 ~ 62	183 ~ 275
D813843	2024-08	39 ~ 59	183 ~ 274
DZ13844	2024-12	41 ~ 61	177 ~ 266