

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 820MFU

使用期限/Exp. Date : 2025.04

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」Ⅱ (PIVKA-Ⅱ)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

(単位/Unit : mAU/mL)

測定試薬		LEVEL I	LEVEL II
製造番号	使用期限	参考値	参考値
Lot No.	Expiration Date	Range	Range
D513842	2024-05	43 ~ 65	198 ~ 296
D813843	2024-08	45 ~ 67	203 ~ 305
DZ13844	2024-12	45 ~ 68	194 ~ 292
E313845	2025-03	46 ~ 69	201 ~ 301