

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 823MFV 使用期限/Exp. Date : 2026.03

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」II (KL-6)

(注) 表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定項目 ANALYTE	単位 UNIT	LEVEL I 参考値 Range	LEVEL II 参考値 Range
KL-6	U/mL	276 ~ 415	716 ~ 1074

積水メディカル株式会社