

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 821MJU

使用期限/Exp. Date : 2025.08

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」Ⅱ (PIVKA-Ⅱ)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

(単位/Unit : mAU/mL)

測定試薬		LEVEL I	LEVEL II
製造番号	使用期限	参考値	参考値
Lot No.	Expiration Date	Range	Range
DZ13844	2024-12	43 ~ 64	190 ~ 286
E313845	2025-03	43 ~ 65	196 ~ 293
EX13847	2025-10	43 ~ 65	191 ~ 286