

エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 827MAX

使用期限/Exp. Date : 2027.11

測定試薬 : Eテスト「TOSOH」Ⅱ (PIVKA-Ⅱ)

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

(単位/Unit : mAU/mL)

測定試薬		LEVEL I	LEVEL II
製造番号	使用期限	参考値	参考値
Lot No.	Expiration Date	Range	Range
F313849	2026-03	51 ~ 76	218 ~ 328
F513850	2026-05	48 ~ 72	212 ~ 317