

## エイテスト コントロールセット 参考値

製造番号/Lot No. : 821MJU      使用期限/Exp. Date : 2025.08

測定試薬 : AIA-パック CL PIVKA-II

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定項目 ANALYTE	単位 UNIT	LEVEL I 参考値 Range	LEVEL II 参考値 Range
PIVKA-II	mAU/mL	60 ~ 90	263 ~ 394

積水メディカル株式会社